

УДК 617.7	UDC 617.7
<b>ПОДВЕШИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ КОРРЕКЦИИ ПТОЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СЕТКИ УЛЬТРАПРО</b>	<b>HANGED-UP OPERATION OF PTOSIS CORRECTION WITH USE OF SURGICAL GAUZE ULTRAPRO</b>
Куручкин Владимир Николаевич – к.м.н. <i>Краснодарский филиал ФГАУ «МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С. Н. Федорова», Краснодар, Россия</i>	Kurochkin Vladimir Nikolaevich – MD <i>Krasnodar branch of FGAA «ISTC "Micro-surgery of vision" after academician S. N. Fedorov», Krasnodar, Russia</i>
Приводятся данные о 22 операциях подвешивающего типа по исправлению птоза. В качестве хирургического материала при выполнении подвешивающего шва использовали хирургическую сетку УЛЬТРАПРО производства Ethicon. Положительные результаты позволяют рекомендовать данную сетку для выполнения подвешивающих операций по устранению паралитического птоза верхнего века.	Data about 22 hanged-up operations of ptosis correction were presented. A surgical gauze ULTRAPRO produced by Ethicon was used in hanged-up suture performing. Positive results obtained allow to recommend the gauze for hanged-up operations of paralytic blepharo-ptosis correction.
Ключевые слова: ПТОЗ, ПОДВЕШИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПО КОРРЕКЦИИ ПТОЗА, ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЕТКА УЛЬТРАПРО	Key words: PTOSIS, HANGED-UP OPERATION OF PTOSIS CORRECTION, SURGICAL GAUZE ULTRAPRO

### **Актуальность**

Блефароптоз представляет собой опущение верхнего века, обусловленное недостаточным или неадекватным функционированием мышц. Основной вид лечения пациентов со стойким птозом – хирургический. В настоящее время большинство офтальмохирургов применяют три типа операций:

- операции на леваторе и его апоневрозе;
- подвешивающие операции;
- операции на мышце Мюллера (тарзomioэктомия).

Подвешивающие операции выполняются закрытым или открытым способом через кожные разрезы с подвешиванием века к лобной мышце. Применяются материалы: силиконовая резина, сухожильные нити, мерсиленовая сетка и др. Показания: полный птоз или птоз 2–3 степени при функции леватора менее 4 мм. Все используемые при операции материалы характеризуются рядом недостатков. Так, мерсиленовая сетка не сертифицирована в России, что затрудняет ее получение и подтверждает актуальность поиска других материалов для применения в хирургии птоза.

**Цель:** уточнение возможности использования хирургической сетки УЛЬТРАПРО при подвешивающих операциях по коррекции птоза.


**Материал и методы.** Операцию выполняют закрытым способом. Из сетки вырезают ленту шириной 7 мм, которую с помощью большой хирургической иглы проводят через кожу и хрящ верхнего века в области складки. Концы ленты под кожей выводят в надбровную область и через апоневроз параллельно надбровной дуге. Концы ленты связывают между собой и погружают под кожу с наложением узловых швов. Применяли хирургическую сетку УЛЬТРАПРО производства Ethicon (Бельгия). Она является композиционной (пролен + монокрил) (рисунок 1).




Рисунок 1 – Подготовка к операции с использованием хирургической сетки УЛЬТРАПРО производства Ethicon (Бельгия)

### Результаты

По данной методике прооперировано 22 глаза. Осложнений не отмечено. Результаты удовлетворительные. Эстетика лица до и после операции по коррекции птоза представлена на рисунках 2–3.



*а*



*б*

Рисунок 2 – Пациентка М. Эстетический результат коррекции птоза: *а* – до хирургического лечения, *б* – после подвешивающей операции

*a**б*

Рисунок 3 – Пациент К. Эстетический результат коррекции птоза:  
*a* – до хирургического лечения, *б* – после подвешивающей операции

### **Вывод**

Хирургическая лента УЛЬТРАПРО производства Ethicon может быть использована при выполнении подвешивающих операций по устранению паралитического птоза верхнего века.